




Flow Gentle+



注意 正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
●製品の定格及びデザインは、改善等の予告なく変更する場合があります。

仕様

項目	形式	P形	G形	Y形
一般的名称		酸素治療フローメータ	高圧ガスレギュレータ	
販売名		フローゼントルプラスP形	フローゼントルプラスG形	フローゼントルプラスY形
承認番号/届出番号		承認番号 212008Z00203000 届出番号 10B2X00014800001	届出番号 10B2X00014800001	届出番号 10B2X00014800002
用途		アウトレットバルブ	ネジ式酸素容器	ヨーク式酸素容器
仕様ガス		日本薬局方酸素(純度99.5%以上)		
入口圧力		0.44MPa以下	19.6MPa以下	
出口圧力		0.14MPa以下 ※実用には(F)がつくものは、0.34MPa以下		
一次圧力計		0~30MPa(表油)		
重量		300±10g(P-Lのみ:350±10g)	740g	525g
クラス分類		管理医療機器	一般医療機器・特定保守管理医療機器	

流量範囲表

形式	P	流量設定目盛 (L/min)										備考					
		0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1	2	3		4	5	6	7	8
P-1L	○	1/84 (0.016)	1/32 (0.031)	1/16 (0.062)	1/12 (0.083)	1/8 (0.125)	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1	○				
P-2L	○	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2					
P-4L	○	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	4					
P-6L	○	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	2	3	4	5	6					
P-10L	○	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	7	8	10					
P-10LF	○	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	30	○				
P-15L	○	1	1.5	2	3	4	5	6	7	9	12	15					
P-15LH	○	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15					
P-35LH	○	5	8	10	12	15	17	20	22	25	30	35					
G-4L	○	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	4					
G-6L	○	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	2	3	4	5	6					
G-10L	○	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	7	8	10					
G-10LF	○	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	30	○				
G-15L	○	1	1.5	2	3	4	5	6	7	9	12	15					
Y-1L	○	1/84 (0.016)	1/32 (0.031)	1/16 (0.062)	1/12 (0.083)	1/8 (0.125)	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1	○				
Y-4L	○	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	4					
Y-6L	○	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	2	3	4	5	6					
Y-8L	○	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8					
Y-10L	○	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	7	9	10					
Y-15L	○	1	1.5	2	3	4	5	6	7	9	12	15					
Y-10LF	○	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	30	○				

※注1: P形、G形、Y形の形式の末尾に(F)がつくものは、ホース差しタイプとなります。(加湿器はつきません。)

※注2: ◎印のものは特別仕様となります。

※注3: P-35LHはハンドルが青になります。


人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

酸素流量調整器 <フローゼントル プラス>

Flow Gentle+

P形/G形/Y形

P形: 承認番号 212008Z00203000
G形: 届出番号 10B2X00014800001
Y形: 届出番号 10B2X00014800002



人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

発売元: 株式会社 小池メディカル
本社 ■〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8
TEL.03-5662-6605(代)
http://www.koike-medical.co.jp/

製造販売元
株式会社 群馬コイケ 〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町222-1

お問い合わせ