Flow Gentle+

P形



G形



Y形



■仕　様

項目＼形式	P 形	G 形	Y 形
一般的名称	酸素治療フローメータ	高圧ガスレギュレータ	
販 売 名	フロージェントル プラス P形	フロージェントル プラス G形	フロージェントル プラス Y形
承認番号／届出番号	承認番号21200BZZ00203000	届出番号10B2X00014B00001	届出番号10B2X00014B00002
用　途	アウトレットバルブ	ネジ式酸素容器	ヨーク式酸素容器
仕 様 ガ ス	日本薬局方酸素（純度99.5%以上）		
入 口 圧 力	0.44MPa以下	19.6MPa以下	
出 口 圧 力	0.14MPa以下 ※末尾に(-I)がつくものは、0.34MPa以下		
一次圧力計		0～30MPa（乾油）	
重　量	300±10g(P-1Lのみ:350±10g)	740g	525g
クラス分類	管理医療機器	一般医療機器・特定保守管理医療機器	

■流量範囲表

	形 式	流量設定目盛（L/min）												備考
P形	P-1L	0	1/64 (0.016)	1/32 (0.031)	1/16 (0.062)	1/12 (0.083)	1/8 (0.125)	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1	◎
	P-2L	0	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	
	P-4L	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	4	
	P-6L	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	2	3	4	5	6	
	P-10L	0	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	7	8	10	
	P-10LF	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	30	◎
	P-15L	0	1	1.5	2	3	4	5	6	7	9	12	15	
	P-15LH	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	
	P-35LH	0	5	8	10	12	15	17	20	22	25	30	35	
G形	G-4L	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	4	
	G-6L	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	2	3	4	5	6	
	G-10L	0	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	7	8	10	
	G-10LF	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	30	◎
	G-15L	0	1	1.5	2	3	4	5	6	7	9	12	15	
Y形	Y-1L	0	1/64 (0.016)	1/32 (0.031)	1/16 (0.062)	1/12 (0.083)	1/8 (0.125)	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1	◎
	Y-4L	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	4	
	Y-6L	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	2	3	4	5	6	
	Y-8L	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	
	Y-10L	0	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	7	9	10	
	Y-15L	0	1	1.5	2	3	4	5	6	7	9	12	15	
	Y-10LF	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	30	◎

※注1：P形、G形、Y形の形式の末尾に(-I)がつくものは、ホース差しタイプとなります。
（加湿器はつきません。）
※注2：◎印のものは特別仕様となります。
※注3：P-35LH はハンドルが青になります。

⚠注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
●製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。

人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL
発売元：株式会社 小池メディカル
本社■〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8
TEL.03-5662-6605（代）
http：//www.koike-medical.co.jp/

製造販売元
株式会社 群馬コイケ 〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町222-1

■ お問い合わせ

13013000N

人とともに呼吸する。
KOIKE MEDICAL

酸素流量調整器<フロージェントル プラス>

Flow Gentle+

P形/G形/Y形

P形：承認番号 21200BZZ00203000
G形：届出番号 10B2X00014B00001
Y形：届出番号 10B2X00014B00002